

СОГЛАСОВАНО
Председатель объединенной
первичной профсоюзной организации

Стерлитамакского филиала УУНиТ
И. Р. Бадретдинов
« 16 » 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор

Стерлитамакского филиала УУНиТ
И. А. Сыров
« 16 » 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 91

По охране труда при работе с термостатом

ИОТ-91

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе на термостате должны допускаться физически здоровые люди, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. Персонал, работающий на термостате должен знать:
устройства, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации термостате;
основные виды неполадок данного оборудования, способы их устранения;
правила внутреннего трудового распорядка.
Персонал, допущенный к работе, должен быть обеспечен и ознакомлен под расписку с инструкцией по охране труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Одеть положенную по нормам спец. одежду.

2.2. Проверить наличие и исправность заземления термостата и убедиться в его исправности и опробовать на холостом ходу, при обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство.

2.3. Проверить, чтобы проходы не были загромождены.

2.4. Для обеспечения безопасной работы необходимо еженедельно проводить профилактический осмотр устройств и оборудования, которые не имеют регламентированного срока технического обслуживания

2.5. Подвижные и вращающиеся части оборудования должны иметь защитные кожухи и ограждения, исключающие возможность получения травмы обслуживающим персоналом.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Выполняйте только порученную вам работу.

3.2. Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы.

3.3. Не допускайте к работе термостата посторонних лиц.

3.4. Пуск термостата в работу производить, убедившись в отсутствии опасности для окружающих.

3.5. При обнаружении неисправности в работе термостата, остановите его, сообщите руководству.

3.6. Чистку, мойку, термостата производить только при полной остановке оборудования и отключения электротока.

3.7. Следите за чистотой на рабочем месте, своевременно убирайте пролитые жидкости, устраняйте скользкость пола.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. По окончании работ все оборудование и механизмы переводятся в положение, исключающее возможность их пуска посторонними лицами, электропитание отключается, оборудование протирается.

4.2. Санитарная обработка, разборка, чистка и мойка производятся только после отключения оборудования от электросети.

4.3. Снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю, самому не проводить ремонт оборудования.

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. Если на металлических частях термостата обнаружено напряжение (ощущение эл.тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, следует остановить машину и немедленно доложить об этом руководству.

5.2. При обнаружении неисправности в работе термостата, самопроизвольной остановке, аварии необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать.

5.3. При получении травмы обратиться в медпункт и поставить в известность руководство.

5.4. При обнаружении загорания, необходимо вызвать пожарную охрану по телефону – 01,поставить в известность руководство.

Разработал:

Заведующий кафедрой ХиХТ

Согласовал:

Зам. директора по АХР

Специалист по ОТ



Я.М. Абдрашитов



Э. В. Гизитдинов



Ю.В. Скачкова